

Medizinprodukte Einteilung

R	Reinigung
D	Feucht-Wischdesinfektion
S	Sterilisation im Autoklaven Typ B
*	nach Angaben der Gerätehersteller

Produkt	Risikogruppe	Aufbereitung	Zeitpunkt
Stethoskop	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Blutdruckmanschette	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Stauschlauch	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Reflexhammer	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Nervenrädchen	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Elektroden für Bioresonanzgerät	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Saugbälle für unblutiges Schröpfen	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Sauggläser für unblutiges Schröpfen	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Irisdiagnosegerät	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Untersuchungsliege	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Lagerungshilfen	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Armhalter zur Blutentnahme	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Akupunkturpunkt-Suchgerät	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Lasersonde	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Mundspatel	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Gerät und Manschette für Puls Oszillographie	unkritisch	R / D	nach Gebrauch
Pinzette	semikritisch A	R / D / S	nach Gebrauch
Gerät für Colon-Hydro-Therapie	semikritisch B	R / D*	nach Gebrauch
Gerät für HOT	semikritisch B	R / D *	nach Gebrauch
Sauggläser für blutiges Schröpfen	kritisch A	R / D / S	nach Gebrauch
Schere	kritisch A	R / D / S	nach Gebrauch
Baunscheidtgerät (je nach Köpfen)	kritisch A	R / D / S	nach Gebrauch
Baunscheidt-Nadelköpfe	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Akupikturnadeln	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Spritzen	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Kanülen	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Infusionssysteme	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Spülsystem für Colon-Hydro-Therapie	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch
Blutauflbereitungssystem (geschlossen) für HOT-Gerät	Einmalprodukt	keine	Entsorgung nach Gebrauch